



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.30.004.A № 51788

Срок действия до 28 июня 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Манометры цифровые МО-05

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО "Гидрогазкомплект", г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 54409-13

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГКМТ 410200.012-010

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год - для приборов с пределом допускаемой основной погрешности $\pm 0,025\%$, $\pm 0,05\%$;
2 года - для приборов с пределом допускаемой погрешности $\pm 0,1\%$, $\pm 0,15\%$;
3 года - для манометров с пределом допускаемой основной погрешности $\pm 0,25\%$, $\pm 0,4\%$, $\pm 0,5\%$

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июня 2013 г. № 659

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Ф.В.Булыгин

" 08 " августа 2013 г.

Серия СИ

№ 011091

Срок действия до 13 июня 2023 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **13 июня 2018 г. № 1179**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С. Голубев

..... 2018 г.