



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гидрогазкомплект»,
ОГРН: 1057748642951

Адрес: 115280, РОССИЯ, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 9, этаж 1,
помещение 2, комната 30-1, офис 1, Телефон: 84957818863, E-mail: info@gidrogaz.ru

в лице генерального директора Гейде Андрея Владимировича

заявляет, что Манометр цифровой МО-05

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гидрогазкомплект»,
Адрес: 115280, РОССИЯ, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 9, этаж 1,
помещение 2, комната 30-1, офис 1

Технические условия ТУ 4212-005-7900506-2012 «Манометр цифровой МО-05».

Код ТН ВЭД 9026202000.

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании


Протокол испытаний № 1328-18/430 от 21.05.2018 Испытательная лаборатория
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)
(рег. № РОСС RU.0001.21ГА31). Техническое досье, состоящее из документов, содержащих
доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента.

Схема декларирования: 3д

Дополнительная информация

Условия хранения, срок хранения, срок службы указаны в сопроводительной документации.
Подразделы 6.2 и 7.2 ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005) "Совместимость
технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения,
управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний".
Технические условия ТУ 4212-005-7900506-2012 «Манометр цифровой МО-05»

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.06.2023
включительно**


(подпись)



Гейде Андрей Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ46.В.02684

Дата регистрации декларации о соответствии: 29.06.2018