

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 46325-10

Срок действия утверждения типа до 30 июля 2030 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Датчики давления МТ100М

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Гидрогазкомплект»
(ООО «Гидрогазкомплект»), г. Москва

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МИ1997-89

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года - для датчиков с пределами допускаемой
основной погрешности $\pm 0,15\%$, $\pm 0,2\%$, $\pm 0,25\%$ диапазона измерений; 3 года - $\pm 0,5\%$

Срок действия утвержденного типа средств измерений продлен приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 июля 2025 г. N 1357.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7B1801563EA497F787EAF40A918A8D6F
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 19.05.2025 до 12.08.2026

Е.Р. Лазаренко

«09» июля 2025 г.