

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 82489-21

Срок действия утверждения типа до 4 августа 2026 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Манометры цифровые МО-05М

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Гидрогазкомплект" (ООО "ГГК"),
г. Москва

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Гидрогазкомплект" (ООО "ГГК"),
г. Москва

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
РТ-МП-7434-443-2020

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год - для манометров с пределами допускаемой погрешности $\pm 0,02$; $\pm 0,025$; $\pm 0,05$ % и для исполнений 4МС, 5МС, 6МС, 7МС, 8МС; 2 года - для манометров с пределами допускаемой погрешности $\pm 0,1$; $\pm 0,15$; $\pm 0,25$ и $\pm 0,4$ %

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 августа 2021 г. 1608.

Руководитель

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02B52A9200A0ACD583455C454C1E1FAD5E
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 29.12.2020 до 29.12.2021

А.П.Шалаев

«01» ноября 2021 г.